



HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Fundado em 15-12-1945

Instituição Filantrópica (Iniciativa do Centro Espírita Páscoa de Jesus)

Estatutos Reg. Cartório, Títulos e Documentos o número 17

Insc. Estadual 080.437.94-0 - CPNJ 27.868.835/0001-14

Telefone: 28 3555-1566 / 28 3555-1315

Rua Ceciliano de Melo Portinho, 193 – CEP 29.400-000 – Mimoso do Sul (ES)

ANEXO I

LISTA DE ITENS

EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS-DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA

Nº 005/2020 – HAP CONV. 887089/2019

LOTE 01					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	02	UND	ASPIRADOR CIRÚRGICO deve possuir fluxo de aspiração de no mínimo 40LPM, vácuo máximo 635 mm/hg (25pol/hg); válvula de segurança, suporte construído sobre estrutura de alumínio com pintura eletrostática. base sobre estrutura em alumínio; apoiada em quatro rodízios de no mínimo 3“(76 mm) de diâmetro com trava freio, carenagem deve ser confeccionada em abs. frasco: com capacidade mínima de 5 litros termoplástico em polisulfona transparente, resistente a autoclavagem. frasco possui sistema de proteção contra transbordamentos e sistema de proteção ao motor com filtro antibacteriano. Tensão bi-volt (110/240). Acessórios que acompanham o produto: 01 extensão confeccionada em silicone; 01 frascos em polisulfona, autoclavável a 134 graus, cinco litros, transparente; 01 pedestal; 05 filtros hidrofóbicos. Garantia de 12 meses. Assistência técnica permanente no local; certificado de registro e quitação CREA/ES. Certificado de conformidade com a norma NBR IEC 60.601-1-2. Registros ANVISA. Acompanha manual de instruções em português e catálogo do produto. Fornecer 10 filtros hidrofóbicos (universal) para troca.		
TOTAL LOTE 01					

LOTE 02					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
02	05	UND	Berço, estrutura fabricada no mínimo em tubo de aço redondo 22,22 x 1,2mm. Possui cesto removível fabricado em acrílico transparente com as bordas arredondadas. Movimentos mínimos manuais trendelemburg e reverso de trendelemburg (proclive) com trava de segurança. Possui prateleira para guardar objetos fabricada em ABS ou material de superior qualidade. Possui 4 Rodízios de no mínimo 50mm. Possui freios em diagonal. Dimensões aproximadas do cesto externas 0,74 x 0,42 x 0,22m e internas 0,63 x 0,33 x 0,18m. Armação 0,81 x 0,51 x 0,88m. Capacidade mínima 10kg. Acompanha colchão compatível. Devo possuir registro na ANVISA. Acompanha manual de instruções em português		
TOTAL LOTE 02					



HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Fundado em 15-12-1945

Instituição Filantrópica (Iniciativa do Centro Espírita Páscoa de Jesus)

Estatutos Reg. Cartório, Títulos e Documentos o número 17

Insc. Estadual 080.437.94-0 - CPNJ 27.868.835/0001-14

Telefone: 28 3555-1566 / 28 3555-1315

Rua Ceciliano de Melo Portinho, 193 – CEP 29.400-000 – Mimoso do Sul (ES)

LOTE 03					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
03	04	UND	Cadeira de Banho/ higiênica- com as seguintes especificações: material de confecção/estrutura/capacidade/coletor: aço inoxidável/fixa/acima de 150 kg /sem coletor, apoio do braço: possui, apoio pés: possui, possuir ANVISA.		
TOTAL LOTE 03					

LOTE 04					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
04	04	und	Cadeira de rodas adulto - com as seguintes especificações: material de confecção/apoio para braços/apoio para pés/elevação de pernas: aço ou ferro pintado/escamoteável/removível/com elevação, até 120kg.Deve possuir ANVISA.		
TOTAL LOTE 04					

LOTE 05					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
05	10	und	Nebulizador Portátil - número de saídas simultâneas: 01, tipo: compressor,bivolt, adulto e infantil, com mascara reutilizável.		
TOTAL LOTE 05					

LOTE 06					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
06	1	und	Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida: 2 Cabo de luz por condução de luz por fibra ótica; diâm.aprox. do feixe de fibras de 4.5mm e compr. aprox. de 250 cm p uso em fonte de Luz. 01 Fonte de Luz, com lâmpada LED com painel touchscreen; 1 Insuflador Eletrônico de CO2 com ajuste de fluxo contínuo de no mínimo 0 a 40 litros/min, com sist. aquecimento de CO2; display que indique: reserva de gás no cilindro, valor teórico/real de pressão no paciente, valor teórico/real do fluxo de gás e volume de gás consumido; circuito de segurança interno para baixa e alta pressão do cilindro; alimentação bi-volt		



HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Fundado em 15-12-1945

Instituição Filantrópica (Iniciativa do Centro Espírita Páscoa de Jesus)

Estatutos Reg. Cartório, Títulos e Documentos o número 17

Insc. Estadual 080.437.94-0 - CPNJ 27.868.835/0001-14

Telefone: 28 3555-1566 / 28 3555-1315

Rua Ceciliano de Melo Portinho, 193 – CEP 29.400-000 – Mimoso do Sul (ES)

		<p>110/220 automático; 01 mangueira de alta pressão de ligação do cilindro ao insuflador; 01 mangueira esterilizável, para ligação de insuflador ao instrumento que vai ao paciente com conexão luer-lock; filtros estéreis descartáveis; sistema anticongelamento interno; tecnologia totalmente microprocessada com redundância de segurança; alta precisão de insuflação e de leitura de pressão de fluxo. 01 microcâmera digital HD (High Definition); sistema de imagem de alta definição Full HD com 1920 x 1080 linhas de definição horizontal, escaneamento Progressivo no formato de tela 16 x 9 (Widescreen) nativo; sist. de escaneamento progressivo de imagem com 50 a 60 quadros por segundo. Saídas de sinal de vídeo: 02 saídas DVI; 02 saídas remotas; 01 saída S-Vídeo; 01 saída DVI, branco automático; 01 cabeçote da câmera necessariamente imersível em líquidos para limpeza e também passível de ser esterilizável por pelo menos um dos dois processos: autoclavável por vapor úmido saturado a 134 °C ou por plasma de H₂O₂ (sterrad) com objetiva com zoom parafocal 3 chips full-HD, e acoplador de ótica universal e coupler c/ zoom ótico; com no mínimo 06 especialidades cirúrgicas pré-programáveis; alimentação bi-volt 110/220 automático; 01 Monitor blindado de grau médico com tela de Led de no mínimo de 25 pol.; possibilidade de apresentação de 02 canais de imagem simultâneos (pip); resolução nativa mín. 1920 x 1080 linhas; sinais suportados: S-Video/ C-Video/ VGA/ RGB component/ SOG/ 3G HD-SDI/DVI; Ajustes possíveis: cor, brilho e contraste e matiz; ângulo de visão: 178; alimentação elétrica: 110/220V bi-volt automático. 01 Rack p. equip. de vídeo cirurgia c/as seguintes características mínimas: ? Laterais e portas em chapa de aço carbono. Portas c/trava e chaves. Porta frontal com vidro e traseira de metal perfurado. Quatro rodízios, dois com freio. Prateleiras em chapa de aço, sendo que pelo menos 02 prateleiras contenham régua com 4 tomadas aterradas e filtro de linha cada régua ? Furos laterais internos para ajustar a altura das prateleiras. Possua encaixe e suporte interno para cilindro de gás p/ insuflador. Pint. eletrostática a pó. Dimensões Externas e internas adequadas ao conjunto, que possa acomodar o monitor externamente e sobre o rack; 02 Endoscópio rígido esterilizável por pelo menos um dos dois processos: autoclavável p/ vapor úmido saturado a 134 °C ou por plasma de H₂O₂ (sterrad), com AV=30°, D=10 mm e C=30 cm. Os equipamentos eletrônicos e a ótica devem ser necessariamente da mesma marca, exceto rack. com as caixas de esterilização das óticas e uma caixa completa p/vídeo, contendo: 01 Cânula de insuflação de Veress 120 mm, 02 Trocaters de 10 mm com válvula torneira, 02 Trocaters de 5 mm com válvula torneira, 01 Trocater de 10mm com ponta protegida, 01 Extrator de apêndice e redutor 10mm/5mm, 01 Cânula de dissecação com gancho de ângulo reto, 01 Pinça fenestrada para fundo de vesícula 36cm, 01 Pinça de apreensão 2X4 Dentes 36cm, 01 Pinça de apreensão fenestrada especial vesícula 36cm, 01 Pinça de dissecação Maryland 36cm, 01 Tesoura curva serrilhada cruzada 36cm, 01 Aplicador de</p>		
--	--	--	--	--



HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Fundado em 15-12-1945

Instituição Filantrópica (Iniciativa do Centro Espírita Páscoa de Jesus)

Estatutos Reg. Cartório, Títulos e Documentos o número 17

Insc. Estadual 080.437.94-0 - CPNJ 27.868.835/0001-14

Telefone: 28 3555-1566 / 28 3555-1315

Rua Ceciliano de Melo Portinho, 193 – CEP 29.400-000 – Mimoso do Sul (ES)

			clips médium large 10mm 36cm, 01 Cabo de diatermia, 01 Válvula para tubo de irrigação e aspiração, 01 Tubo para irrigação e aspiração 5mm 36cm, 01 Tubo de irrigação e aspiração 10mm 36cm, 01 Tubo de aspiração e irrigação c/ponta agulha 5mm 36cm, 01 Container p/ esterilização de todos os instrumentais. ANVISA. Deve possuir assistência técnica no Espírito santo, apresentar catálogos e folderes.		
				TOTAL LOTE 06	